

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**

Productmanagement chirurgische  
instrumenten  
Containersystemen

November 2014  
Massimo Fiamma

Tel.: +49 7461 706-347  
Fax: +49 7461 706-312

## Belangrijk veiligheidsadvies

### Ontbrekende gebruiksaanwijzing bij de producten YASARGIL aneurysma-clips

Geachte klant en gebruiker,

Met dit schrijven willen wij u informeren dat bij een interne controle is gebleken dat er voor de in de periode van 01-03-2013 tot 22-10-2014 geleverde producten: YASARGIL aneurysma-clips (artikellijst in bijlage) geen gebruiksaanwijzing is meegeleverd.

Bijgaand ontvangt u de gebruiksaanwijzingen in digitale vorm (steriel en niet-steriel).

Wij verzoeken u er binnen uw organisatie zorg voor te dragen dat alle gebruikers en andere te informeren personen van dit veiligheidsadvies op de hoogte worden gebracht.

Mocht u deze YASARGIL aneurysma-clips hebben doorgegeven aan derden, stuur hen dan een kopie van dit veiligheidsadvies inclusief gebruiksaanwijzing(en).

De bevoegde nationale instantie heeft een kopie van dit veiligheidsadvies ontvangen.


Mocht u gedrukte versies van deze gebruiksaanwijzing(en) nodig hebben of vragen hierover hebben, dan kunt u van 8.30 tot 16.00 uur contact opnemen met onze productmanager voor "Chirurgische instrumenten" - de heer Jacek Nowinski onder telefoonnummer +49 7461 706-218.

Met vriendelijke groet

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG  
Een onderneming van de KLS Martin Group

p.p. 

Reinhold Bücher  
Hoofd Kwaliteitsmanagement  
Veiligheidsfunctionaris volgens MPG

p.p. 

Massimo Fiamma  
Hoofd Productmanagement  
Chirurgische instrumenten

### **Bijlagen**

- Bijlage 1, gebruiksaanwijzingen in digitale vorm
- Bijlage 2, artikeloverzichtslijst
- Bijlage 3, verkooplijst